

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (パルスロガー<PULSE LOGGER>)
 形名<Model Number> (3639)
 製造番号<Serial No.> (No. 110812345)
 検査年月日<Test Date> (2011-08-01)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力値 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
確度 <Accuracy>				
機械式接点用フィルタ <Mechanical Contacts Filter>		10Hz(5sec)	49 ~ 51	(50)
電子式接点用フィルタ <Electronic Contacts Filter>		1kHz(1sec)	999 ~ 1001	(1000)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()