

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (電圧ロガー<VOLTAGE LOGGER>)
形名<Model Number> (3645)
製造番号<Serial No.> (No.110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-01)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力値 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
--------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------------

直流電圧精度<DC Voltage Accuracy>

50 mV	0.00 mV	-0.05 mV ~ 0.05 mV	(-0.05 mV)
	-40.00 mV	-40.25 mV ~ -39.75 mV	(-40.25 mV)
500 mV	0.0 mV	-0.5 mV ~ 0.5 mV	(-0.5 mV)
	-400.0 mV	-402.5 mV ~ -397.5 mV	(-402.5 mV)
5 V	0.000 V	-0.005 V ~ 0.005 V	(-0.005 V)
	-4.000 V	-4.025 V ~ -3.975 V	(-4.025 V)
50 V	0.00 V	-0.05 V ~ 0.05 V	(-0.05 V)
	-40.00 V	-40.25 V ~ -39.75 V	(-40.25 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3645-2