

檢查成績表

 $\frac{1}{2}$

項目 ＜Item＞	結果 ＜Result＞
1. セルフチェック＜Self Check＞	
-1.ROM,RAMチェック＜ROM,RAM Check＞	(PASS)
-2.キーチェック、LED チェック＜Keyboard Check,LED Check＞	(PASS)
-3.LCDチェック＜LCD Check＞	(PASS)
-4.バックライトチェック＜Back Light Check＞	(PASS)
-5.バックライトの明るさ＜Brightness of the Back Light＞	(PASS)
2. 機能＜Function＞	
-1.データストレージ、圧縮機能＜Data Storage, Compression＞	(PASS)
-2.ロジックデータ＜Logic Data＞	(PASS)
-3.マニュアルトリガ＜Manual Trigger＞	(PASS)
-4.トリガ＜Trigger＞	(PASS)
-5.TRIG OUT端子＜TRIG OUT＞	(PASS)
-6.EXT TRIG端子＜EXT TRIG＞	(PASS)
-7.時計のバックアップ＜Backup of the Clock＞	(PASS)
-8.波形のバックアップ＜Backup of the Wave＞	(PASS)
-9.電源表示チェック＜Power Supply Indication Check＞	(PASS)
-10.充電動作のチェック＜Battery Charge＞	(PASS)
-11.USBマスストレージ機能＜USB Mass Storage Class＞	(PASS)
3. 確度＜Accuracy＞	
-1.時間軸精度＜Time Base＞	(PASS)
-2.方形波特性＜Square Wave Characteristic＞	(PASS)
-3.周波数特性＜Frequency Characteristic＞	(PASS)
-4.ローパスフィルタ＜Low-pass Filter＞	(PASS)
-5.カップリング切替＜Coupling＞	(PASS)

<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

SAMPLE

検査成績表

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

<TEST REPORT>

2/2

製造番号<Serial No.> (No. 110812345)
 検査年月日<Test Date> (2021-06-03)
 <YYYY-MM-DD>

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	*1 測定値 <Measured Value>
3. 確度<Accuracy>				
-6.DC振幅確度				
<DC Amplitude>				
10mV /DIV	0 mV	-0.5 mV ~ 0.5 mV	(-0.1 mV) (0.0 mV)	CH1
	100 mV	99.5 mV ~ 100.5 mV	(100.0 mV) (99.9 mV)	CH2
20mV /DIV	0 mV	-1.0 mV ~ 1.0 mV	(-0.2 mV) (-0.2 mV)	
	200 mV	199.0 mV ~ 201.0 mV	(200.0 mV) (199.8 mV)	
50mV /DIV	0 mV	-2.5 mV ~ 2.5 mV	(-0.5 mV) (0.0 mV)	
	500 mV	497.5 mV ~ 502.5 mV	(499.5 mV) (500.0 mV)	
100mV /DIV	0 V	-0.005 V ~ 0.005 V	(0.000 V) (0.000 V)	
	1 V	0.995 V ~ 1.005 V	(1.000 V) (1.000 V)	
200mV /DIV	0 V	-0.010 V ~ 0.010 V	(0.000 V) (0.000 V)	
	2 V	1.990 V ~ 2.010 V	(2.000 V) (2.000 V)	
500mV /DIV	0 V	-0.025 V ~ 0.025 V	(0.000 V) (0.000 V)	
	5 V	4.975 V ~ 5.025 V	(5.005 V) (5.000 V)	
1V /DIV	0 V	-0.05 V ~ 0.05 V	(0.00 V) (0.00 V)	
	10 V	9.95 V ~ 10.05 V	(10.00 V) (10.00 V)	
2V /DIV	0 V	-0.10 V ~ 0.10 V	(-0.02 V) (-0.02 V)	
	20 V	19.90 V ~ 20.10 V	(20.00 V) (19.98 V)	
5V /DIV	0 V	-0.25 V ~ 0.25 V	(0.00 V) (0.00 V)	
	50 V	49.75 V ~ 50.25 V	(49.95 V) (50.00 V)	
10V /DIV	0 V	-0.5 V ~ 0.5 V	(0.0 V) (0.0 V)	
	100 V	99.5 V ~ 100.5 V	(100.0 V) (100.0 V)	
20V /DIV	0 V	-1.0 V ~ 1.0 V	(0.0 V) (0.0 V)	
	200 V	199.0 V ~ 201.0 V	(200.0 V) (200.0 V)	
50V /DIV	0 V	-2.5 V ~ 2.5 V	(0.0 V) (0.0 V)	
	400 V	397.5 V ~ 402.5 V	(400.0 V) (399.5 V)	