

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名 <Model Name> (電圧センサ <SAFETY VOLTAGE SENSOR>)
形名 <Model Number> (PW9020)
製造番号 <Serial No.> (No. 140499752)
検査年月日 <Test Date> (2014-06-10)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件 <Test Conditions> (23.0°C, 50%rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
--------------	----------------	---------------	---------------------------	---------------------	----------------------------

実効値確度 <RMS Accuracy>

800mV	100V	50Hz	200.0 mV	196.8 mV ~ 203.2 mV	(200.1 mV)
800mV	200V	50Hz	400.0 mV	394.4 mV ~ 405.6 mV	(400.3 mV)
800mV	200V	60Hz	400.0 mV	394.4 mV ~ 405.6 mV	(401.0 mV)
800mV	400V	50Hz	800.0 mV	789.6 mV ~ 810.4 mV	(800.5 mV)

位相確度 <Phase Accuracy>

800mV	200V	50Hz	0.0 °	-1.0 ° ~ 1.0 °	(0.0 °)
-------	------	------	-------	----------------	-----------

備考 <Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result>

(PASS)

検査者 <Inspected By>

()

承認者 <Approved By>

()

No.PW9020-1