

SAMPLE

検査成績表

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンAC/DCハイテスタ<CLAMP ON AC/DC HiTESTER>)
形名<Model Number> (3285)
製造番号<Serial No.> (No 130712345)
検査年月日<Test Date> (2013 - 07- 10)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)
検査周波数<Test Frequency> (55Hz)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
確度 <Accuracy>	DC A	2000A	900A	886A ~ 914 A	(900 A)
		200A	180A	177.4A ~ 182.6 A	(180.1 A)
	AC A	2000A	1900A	1854A ~ 1946 A	(1914 A)
			600A	590A ~ 610 A	(605 A)
		200A	160A	157.7A ~ 162.3 A	(160.2 A)
	DC V	600V	540V	532V ~ 548 V	(540 V)
		300V	270V	267.0V ~ 273.0 V	(270.0 V)
		30V	27V	26.70V ~ 27.30 V	(27.00 V)
	AC V	600V	540V	532V ~ 548 V	(540 V)
		300V	270V	267.0V ~ 273.0 V	(270.2 V)
		30V	27V	26.70V ~ 27.30 V	(27.02 V)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	レンジ <Range>	入力 <Input>	周波数 <Frequency>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
周波数 <Frequency>	Hz(AC200A)	100Hz	160A	60.0Hz	59.8Hz ~ 60.2Hz (	60.0 Hz)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	モード <Mode>	レンジ <Range>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
出力確度	ACA	REC出力	200A	160A	DC0.8V	0.780V ~ 0.820V (	0.807 V)
	ACA	MON出力	200A	160A	AC0.8V	0.785V ~ 0.815V (	0.800 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

確度において、DC2000Aレンジでは900Aのみ検査を実施していますが、2000Aまで確度保証しています。

<Although 900A is the only point inspected for accuracy for the 2000A DC range, the instrument is guaranteed for accuracy up to 2000A.>

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()

No.3285-7