

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (Ptモジュール<Pt MODULE>)
形名<Model Number> (2302)
製造番号<Serial No.> (No. 101212440)
検査年月日<Test Date> (2011-05-17)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (24.0 °C, 49 %rh)

項目 <Item>	チャンネル <CH>	検査点 <Test Point>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
--------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	-------------------------

確度<Accuracy>

温度計

<Temperature Meter>

CH1	0 °C	100.00 Ω	-0.4 °C ~ 0.4 °C	(0.0 °C)
	200 °C	175.86 Ω	199.4 °C ~ 200.6 °C	(200.1 °C)
CH2	0 °C	100.00 Ω	-0.4 °C ~ 0.4 °C	(0.0 °C)
	200 °C	175.86 Ω	199.4 °C ~ 200.6 °C	(200.1 °C)

備考<Note>

CH1,CH2のセンサ入力は、センサ種類をPt100の設定で検査点の温度に相当する疑似入力で検査しています。
<For sensor input of CH1 and CH2, the sensor type is set to Pt100, and the test temperatures' equivalent values in terms of voltage are input for testing purposes.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()