

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (熱電対モジュール<TC MODULE>)
形名<Model Number> (2303)
製造番号<Serial No.> (No. 121199886)
検査年月日<Test Date> (2012-11-07)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (22.0 °C, 54 %rh)

項目 <Item>	チャンネル <CH>	検査点 (標準器校正値) <Test Point> (<Std. Cal. Value>)	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
--------------	---------------	--	---------------	---------------------	-------------------------

確度<Accuracy>

温度計

<Temperature Meter>

*1	CH1	0 °C	0 mV	-1.0 °C ~ 1.0 °C	(0.1 °C)
		800 °C	33.275 mV	799.0 °C ~ 801.0 °C	(799.8 °C)
*2	CH2	0 °C (-0.1 °C)	0 mV	-3.1 °C ~ 2.9 °C	(-0.9 °C)
		800 °C (799.9 °C)	33.275 mV	796.9 °C ~ 802.9 °C	(798.9 °C)

備考<Note>

*1. 基準接点補償を行わない。

<Reference junction compensation is not conducted.>

*2. 基準接点補償を行う。(標準器校正値使用)

<Reference junction compensation is conducted.> (Used as standard calibration value.)

CH1,CH2のセンサ入力は、センサ種類をKの設定で検査点の温度に相当する疑似入力で検査しています。
<For sensor input of CH1 and CH2, the sensor type is set to K, and the test temperatures' equivalent values in terms of voltage are input for testing purposes.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()