

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (パルスモジュール<PULSE MODULE>)
形名<Model Number> (2304)
製造番号<Serial No.> (No.031025621)
検査年月日<Test Date> (2011-05-18)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (24.0 °C, 54 %rh)

項目 <Item>	チャンネル <CH>	検査点 <Test Point>	インターバル/フィルタ <Interval>/<Filter>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
--------------	---------------	---------------------	------------------------------------	---------------	---------------------	-------------------------

確度<Accuracy>

電圧パルス

<Voltage Pulse>

CH1 80000dgt 20sec/OFF 4kHz(2V方形波) 79983 dgt ~ 80017 dgt (79998 dgt)
25dgt 1sec/ON 25Hz(2V方形波) 24 dgt ~ 26 dgt (25 dgt)
(<Wave:2V Square>)

電流パルス

<Current Pulse>

* CH2 40dgt 1sec/ - 40Hz(10mA方形波) 39 dgt ~ 41 dgt (40 dgt)
(<Wave:10mA Square>)

備考<Note>

* 電流パルスの入力は、9766クランプオンセンサを使用して検査しています。

<For inspection of the Current Pulse, Model 9766 Clamp On Sensor is used.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.2304-4