

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (パルスモジュール<PULSE MODULE>)
形名<Model Number> (2304-01)
製造番号<Serial No.> (No.040221961)
検査年月日<Test Date> (2011-04-29)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 60 %rh)

項目 <Item>	チャンネル <CH>	検査点 <Test Point>	インターバル/フィルタ <Interval>/<Filter>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
--------------	---------------	---------------------	------------------------------------	---------------	---------------------	-------------------------

確度<Accuracy>

電圧パルス
<Voltage Pulse>

CH1	80000dgt	20sec/OFF	4kHz(2V方形波)	79983 dgt ~ 80017 dgt	(79998 dgt)
	25dgt	1sec/ON	25Hz(2V方形波)	24 dgt ~ 26 dgt	(25 dgt)
(<Wave:2V Square>)					
CH2	80000dgt	20sec/OFF	4kHz(2V方形波)	79983 dgt ~ 80017 dgt	(79998 dgt)
	25dgt	1sec/ON	25Hz(2V方形波)	24 dgt ~ 26 dgt	(25 dgt)
(<Wave:2V Square>)					

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()