

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (光センサ<OPTICAL SENSOR>)
形名<Model Number> (9743)
製造番号<Serial No.> (No. 220112345)
検査年月日<Test Date> (2022-05-19)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (25 °C, 50 % RH)

項目 <Item>	波長(λ) <Wavelength>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

光パワー測定

<Optical Power Measurement>

407 nm 100uW 95.70 uW ~ 104.30 uW (100.00 uW)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()