

SAMPLE 検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (クランプオンセンサ〈CLAMP ON SENSOR〉)
 形名〈Model Number〉 (9765)
 製造番号〈Serial No.〉 (No.110812345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011 - 08 - 10)
 〈YYYY-MM-DD〉
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0 °C, 50 %rh)
 検査周波数〈Test Frequency〉 (50Hz)

項 目 〈Item〉	検査点 〈Test Point〉	出力基底値 〈Fiducial Value〉	許容範囲 〈Tolerance〉	出力値 〈Output〉
振幅確度 〈Amplitude Accuracy〉				
	AC 5 A	AC 100 mV	98.00 mV ~ 102.00 mV	(100.00 mV)
	AC 1 A	AC 20 mV	18.00 mV ~ 22.00 mV	(22.00 mV)

項 目	入力<Input>		許容範囲	入出力間位相差
<Item>	電流 <Current>	周波数 <Frequency>	<Tolerance>	<Phase Difference between Input and Output>
位相確度 <Phase Accuracy>				
	AC 5 A	50 Hz	- 3.00 ° ~ + 3.00°	(+ 3.00 °)

備考〈Note〉

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。

〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected By〉	承認者〈Approved By〉
(PASS)	()	()