

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/2

品名<Model Name> (D/A出力オプション)
<D/A OUTPUT OPTION>
形名<Model Number> (9792)
製造番号<Serial No.> (No. 110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-25)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	測定値<Measured Value> *2	
			CH1 - CH8	CH9 - CH16
アナログ出力 <Analog Output>	+5V	4.9900 V ~ 5.0100 V	CH1(5.0000 V)	CH9(5.0000 V)
		4.9900 V ~ 5.0100 V	CH2(5.0000 V)	CH10(5.0000 V)
		4.9900 V ~ 5.0100 V	CH3(5.0000 V)	CH11(5.0000 V)
		4.9900 V ~ 5.0100 V	CH4(5.0000 V)	CH12(5.0000 V)
		4.9900 V ~ 5.0100 V	CH5(5.0000 V)	CH13(5.0000 V)
		4.9900 V ~ 5.0100 V	CH6(5.0000 V)	CH14(5.0000 V)
		4.9900 V ~ 5.0100 V	CH7(5.0000 V)	CH15(5.0000 V)
		4.9900 V ~ 5.0100 V	CH8(5.0000 V)	CH16(5.0000 V)
	+2V	1.9900 V ~ 2.0100 V	CH1(2.0000 V)	CH9(2.0000 V)
		1.9900 V ~ 2.0100 V	CH2(2.0000 V)	CH10(2.0000 V)
		1.9900 V ~ 2.0100 V	CH3(2.0000 V)	CH11(2.0000 V)
		1.9900 V ~ 2.0100 V	CH4(2.0000 V)	CH12(2.0000 V)
		1.9900 V ~ 2.0100 V	CH5(2.0000 V)	CH13(2.0000 V)
		1.9900 V ~ 2.0100 V	CH6(2.0000 V)	CH14(2.0000 V)
		1.9900 V ~ 2.0100 V	CH7(2.0000 V)	CH15(2.0000 V)
		1.9900 V ~ 2.0100 V	CH8(2.0000 V)	CH16(2.0000 V)
	0V	-0.0100 V ~ 0.0100 V	CH1(0.0000 V)	CH9(0.0000 V)
		-0.0100 V ~ 0.0100 V	CH2(0.0000 V)	CH10(0.0000 V)
		-0.0100 V ~ 0.0100 V	CH3(0.0000 V)	CH11(0.0000 V)
		-0.0100 V ~ 0.0100 V	CH4(0.0000 V)	CH12(0.0000 V)
		-0.0100 V ~ 0.0100 V	CH5(0.0000 V)	CH13(0.0000 V)
		-0.0100 V ~ 0.0100 V	CH6(0.0000 V)	CH14(0.0000 V)
		-0.0100 V ~ 0.0100 V	CH7(0.0000 V)	CH15(0.0000 V)
		-0.0100 V ~ 0.0100 V	CH8(0.0000 V)	CH16(0.0000 V)
	-5V	-5.0100 V ~ -4.9900 V	CH1(-5.0000 V)	CH9(-5.0000 V)
		-5.0100 V ~ -4.9900 V	CH2(-5.0000 V)	CH10(-5.0000 V)
		-5.0100 V ~ -4.9900 V	CH3(-5.0000 V)	CH11(-5.0000 V)
		-5.0100 V ~ -4.9900 V	CH4(-5.0000 V)	CH12(-5.0000 V)
		-5.0100 V ~ -4.9900 V	CH5(-5.0000 V)	CH13(-5.0000 V)
		-5.0100 V ~ -4.9900 V	CH6(-5.0000 V)	CH14(-5.0000 V)
		-5.0100 V ~ -4.9900 V	CH7(-5.0000 V)	CH15(-5.0000 V)
		-5.0100 V ~ -4.9900 V	CH8(-5.0000 V)	CH16(-5.0000 V)

備考<Note>

・特に設定の明記のない場合、以下の設定で検査しています。

LPF:「OFF」、アベレージ:「OFF」

<Inspection settings are as follows except noted.>

LPF: OFF, Averaging: OFF>

*1. U1の波形出力を実効値(RMS)で確認 <Check RMS output of U1 waveform.>

*2. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

2/2

製造番号<Serial No.> (No. 110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-25)
<YYYY-MM-DD>

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	測定値<Measured Value> *1,*2	
				CH1 - CH4	CH5 - CH8
波形出力 <Wave Output>	15V	15V 55Hz	1.9880 V ~ 2.0120 V	CH1(2.0000 V)	CH5(2.0000 V)
			1.9880 V ~ 2.0120 V	CH2(2.0000 V)	CH6(2.0000 V)
			1.9880 V ~ 2.0120 V	CH3(2.0000 V)	CH7(2.0000 V)
			1.9880 V ~ 2.0120 V	CH4(2.0000 V)	CH8(2.0000 V)
	15V	15V 5kHz	1.9840 V ~ 2.0160 V	CH1(2.0000 V)	CH5(2.0000 V)
			1.9840 V ~ 2.0160 V	CH2(2.0000 V)	CH6(2.0000 V)
			1.9840 V ~ 2.0160 V	CH3(2.0000 V)	CH7(2.0000 V)
			1.9840 V ~ 2.0160 V	CH4(2.0000 V)	CH8(2.0000 V)