

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (位相校正ユニット<PHASE CALIBRATION UNIT>)
 形名<Model Number> (9796)
 製造番号<Serial No.> (No.110812345)
 検査年月日<Test Date> (2011-08-04)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示 <Standard>
抵抗値	—	4.68 kΩ ~ 5.72 kΩ	(5.00 kΩ)
位相角度	AC100V 50Hz	-0.15 ° ~ 0.15 °	(-0.10 °)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。 <FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()