

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (AC フレキシブルカレントセンサ)
<AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR>
形名<Model Number> (CT6280)
製造番号<Serial No.> (No. 160109876)
検査年月日<Test Date> (2016-01-26)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 *1 <Calibration Value>
確度					
<Accuracy>	フレキシブル	420 A	370 A	55Hz	366.3 A ~ 373.7 A (370.0 A)
	<Flexible>	4200 A	900 A	55Hz	891 A ~ 909 A (898 A)

導体位置の影響 <Effect of Conductor Position>

奥 <Far Side>	420 A	370 A	55Hz	351.5 A ~ 388.5 A (372.1 A)
手前 <Near Side>	420 A	370 A	55Hz	351.5 A ~ 388.5 A (368.1 A)

備考<Note>

*1. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()