

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンセンサ)
<CLAMP ON SENSOR>
形名<Model Number> (CT6500)
製造番号<Serial No.> (No. 191112345)
検査年月日<Test Date> (2019-11-10)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.1 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
1. 振幅確度 <Amplitude Accuracy>					
	ACA	450 A	50Hz AC 450 mV	443.1 mV ~ 456.9 mV	(450.0 mV)
		50 A	50Hz AC 50 mV	49.10 mV ~ 50.90 mV	(50.02 mV)
		7.5 A	50Hz AC 7.5 mV	7.238 mV ~ 7.762 mV	(7.502 mV)
2. 振幅周波数特性 <Amplitude Frequency characteristics>					
*1	ACA	50 A	40Hz AC 50 mV	47.50 mV ~ 52.50 mV	(50.01 mV)
*2		7.5 A	1kHz AC 7.5 mV	7.125 mV ~ 7.875 mV	(7.501 mV)

備考<Note>

*1 50A/40Hzの振幅周波数特性は、50A/50Hzの振幅の偏差を見ています。

<Amplitude Frequency Characteristics of 50A/40Hz are presented as the differences from the Amplitude Accuracy(50A/50Hz).>

*2 7.5A/1kHzの振幅周波数特性は、7.5A/50Hzの振幅の偏差を見えています。

<Amplitude Frequency Characteristics of 7.5A/1kHz are presented as the differences from the Amplitude Accuracy(7.5A/50Hz).>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

No. CT6500-5