

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (センサユニット<SENSOR UNIT>)
 形名<Model Number> (CT6590)
 製造番号<Serial No.> (No. 120612345)
 検査年月日<Test Date> (2012-06-12)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (25.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
--------------	----------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-----------------

振幅確度
<Amplitude Accuracy>

L	DC 200 mV	DC 200 mV	198.50 mV	~ 201.50 mV	(200.00 mV)
L	AC 180 mV(55Hz)	AC 180 mV	178.60 mV	~ 181.40 mV	(180.00 mV)
L	AC 180 mV(1kHz)	AC 180 mV	178.60 mV	~ 181.40 mV	(180.00 mV)
H	AC 1800 mV(55Hz)	AC 180 mV	178.60 mV	~ 181.40 mV	(180.00 mV)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
--------------	----------------	---------------	---------------------	-----------------

位相確度
<Phase Accuracy>

H	AC 1800 mV(44Hz)	-0.200 °	~ 0.200 °	(0.150 °)
H	AC 1800 mV(66Hz)	-0.200 °	~ 0.200 °	(-0.150 °)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()