

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (ACリークカレントセンサ)
<AC LEAKAGE CURRENT SENSOR>
形名<Model Number> (CT7116)
製造番号<Serial No.> (No. 191112345)
検査年月日<Test Date> (2019-11-06)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.1 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
1. 振幅確度<Amplitude Accuracy>					
	ACA	5 A	55Hz AC 500 mV	494.7 mV ~ 505.3 mV	(500.0 mV)
	*2	100 mA	55Hz AC 400 mV	384.0 mV ~ 416.0 mV	(400.0 mV)
		2.9 A	5kHz AC 290 mV	280.7 mV ~ 299.3 mV	(290.0 mV)
項目 <Item>	入力 <Input>			許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
2. 位相確度 <Phase Accuracy>	AC	5A	55Hz	-3.00 ° ~ 3.00 °	(0.27 °)

備考<Note>

*1.位相確度は、入出力間位相差を位相差計によって検査しています。

<Phase accuracy shows phase difference between input and output tested by phase meter.>

*2.100mAの検査では、40倍増幅器を用いております。<We are using a 40 times amplifier in 100mA of inspection.>

*3. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()