

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (クランプオンAC/DCセンサ<CLAMP ON AC/DC SENSOR>)
形名<Model Number> (CT9693-10)
製造番号<Serial No.> (No. 121212346)
検査年月日<Test Date> (2012 - 12 - 13)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	入力値 <Input Value>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output Value>
--------------	----------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

振幅確度

<Amplitude accuracy>

AC 1900 A 55Hz	AC 1900 mV	1861.5 mV ~	1938.5 mV (1914.5 mV)
AC 180 A 55Hz	AC 180 mV	177.70 mV ~	182.30 mV (180.40 mV)
DC 1000 A	DC 1000 mV	984.5 mV ~	1015.5 mV (1004.8 mV)
DC -1000 A	DC -1000 mV	-1015.5 mV ~	-984.5 mV (-1004.8 mV)
DC 180 A	DC 180 mV	176.80 mV ~	183.20 mV (180.55 mV)

項目 <Item>	入力値 <Input Value>	許容範囲 <Tolerance>	入出力間位相差 <Phase difference between input and output>
--------------	----------------------	---------------------	--

位相確度

<Phase Accuracy>

AC 180 A 44Hz	-1.80 ° ~	1.80 ° (-0.24 °)
AC 180 A 66Hz	-1.80 ° ~	1.80 ° (-0.35 °)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

No.CT969310-1