

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (メグオームハイテスタ <MΩ HiTESTER>)
形名<Model Number> (3110-02)
製造番号<Serial No.> (No.)
検査年月日<Test Date> (<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (°C, %rh)
交流試験周波数<AC Test Frequency> (55Hz)

項目 <Item>	レンジ <Range>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
確度<Accuracy>				
MΩ	50 MΩ	45.00 MΩ	~	55.00 MΩ (50.00 MΩ)
	20 MΩ	19.00 MΩ	~	21.00 MΩ (20.00 MΩ)
	10 MΩ	9.50 MΩ	~	10.50 MΩ (10.00 MΩ)
	5 MΩ	4.750 MΩ	~	5.250 MΩ (5.000 MΩ)
	1 MΩ	0.950 MΩ	~	1.050 MΩ (1.000 MΩ)
	0.5 MΩ	0.4750 MΩ	~	0.5250 MΩ (0.5000 MΩ)
	0.05 MΩ	0.0475 MΩ	~	0.0525 MΩ (0.0500 MΩ)
ACV	250 V	225.0 V	~	275.0 V (250.0 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.311002-3