

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (メグオームハイテスタ <MΩ HiTESTER>)
形名<Model Number> (3119-11)
製造番号<Serial No.> (No.)
検査年月日<Test Date> (<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (°C, %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
--------------	----------------	----------------------------	---------------------	--------------------------

確度 <Accuracy>

MΩ

250 V	MODE	0 MΩ	0.000 MΩ ~ 0.008 MΩ	(MΩ)
		1.6 MΩ	1.560 MΩ ~ 1.640 MΩ	(MΩ)
		16 MΩ	15.60 MΩ ~ 16.40 MΩ	(MΩ)
		160 MΩ	151.2 MΩ ~ 168.8 MΩ	(MΩ)
		1000 MΩ	942 MΩ ~ 1058 MΩ	(MΩ)
		1900 MΩ	1797 MΩ ~ 1999 MΩ	(MΩ)
500 V	MODE	0 MΩ	0.000 MΩ ~ 0.008 MΩ	(MΩ)
		1.6 MΩ	1.560 MΩ ~ 1.640 MΩ	(MΩ)
		16 MΩ	15.60 MΩ ~ 16.40 MΩ	(MΩ)
		160 MΩ	156.0 MΩ ~ 164.0 MΩ	(MΩ)
		1000 MΩ	942 MΩ ~ 1058 MΩ	(MΩ)
		1900 MΩ	1797 MΩ ~ 1999 MΩ	(MΩ)
1000 V	MODE	0 MΩ	0.000 MΩ ~ 0.008 MΩ	(MΩ)
		1.6 MΩ	1.560 MΩ ~ 1.640 MΩ	(MΩ)
		16 MΩ	15.60 MΩ ~ 16.40 MΩ	(MΩ)
		160 MΩ	156.0 MΩ ~ 164.0 MΩ	(MΩ)
		1000 MΩ	972 MΩ ~ 1028 MΩ	(MΩ)
		1900 MΩ	1797 MΩ ~ 1999 MΩ	(MΩ)
ACV		600 V	588 V ~ 612 V	(V)

項目 <Item>	レンジ <Range>	負荷抵抗 <Load Resistance>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
--------------	----------------	---------------------------	---------------------	----------------------

定格測定電流

<Rated Measured Current>

1000V MODE 1 MΩ 1.000 mA ~ 1.100 mA (mA)

測定端子電圧

<Measurement Terminal Voltage>

250V/2000 MΩ	0.25 MΩ	225 V 以上	(V)
250V/2000 MΩ	∞ MΩ	225 V ~ 275 V	(V)
500V/2000 MΩ	0.5 MΩ	450 V 以上	(V)
500V/2000 MΩ	∞ MΩ	450 V ~ 550 V	(V)
1000V/2000 MΩ	1 MΩ	900 V 以上	(V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
()	()	()