

SAMPLE

検 査 成 績 表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (検電器<VOLTAGE DETECTOR>)
 形名<Model Number> (3120)
 照合番号<Identification No.> (No. 17H123)
 検査年月日<Test Date> (2017-10-23)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C 50 %rh)

項目 <Item>	周波数 <Frequency>	判定基準 <Standard of Judgment>	校正値 *1 <Calibration>
検電電圧 <Voltage Detection Level>	AC 50Hz	70V以下にて検電動作 <Detection occurs when test voltage is at or below 70V.>	(60 V)

備考<Note>

*1 検査電圧<Test voltage>

- 検査時は、新品マンガン電池を使用しています。
<1.For inspection, new manganese batteries are used to power the instrument.>
- 検電電圧は、電池電圧により変化します。
<2.The voltage detection level may vary according to the battery voltage.>
- FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
<3.FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()