

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (ノイズサーチテスタ<NOISE SEARCH TESTER>)
 形名<Model Number> (3144)
 製造番号<Serial No.> (No. 070221632)
 検査年月日<Test Date> (2007-02-16)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (22.1 °C, 40 %rh)

確度 <Accuracy>		入力 <Input>		許容範囲 <Tolerance>		表示値 <Indicated Value>
周波数レンジ <Frequency range>	測定レンジ <Measuring range>	周波数 <Frequency>	振幅 <Amplitude>			
1kHz	× 1	500Hz	1Vrms	-4.5	~ -1.5 dBV	(-2.6 dBV)
1kHz	× 1	3kHz	1Vrms	-4.5	~ -1.5 dBV	(-2.5 dBV)
15kHz	× 1	7.5kHz	1Vrms	-4.5	~ -1.5 dBV	(-2.7 dBV)
15kHz	× 1	22.5kHz	1Vrms	-4.5	~ -1.5 dBV	(-2.8 dBV)
70kHz	× 1	35kHz	1Vrms	-4.5	~ -1.5 dBV	(-2.7 dBV)
70kHz	× 1	105kHz	1Vrms	-4.5	~ -1.5 dBV	(-3.0 dBV)
250kHz	× 10	125kHz	0.1Vrms	-24.5	~ -21.5 dBV	(-22.4 dBV)
250kHz	× 10	375kHz	0.1Vrms	-24.5	~ -21.5 dBV	(-23.4 dBV)
1MHz	× 1	0.5MHz	1Vrms	-4.5	~ -1.5 dBV	(-2.5 dBV)
1MHz	× 1	0.5MHz	0.35Vrms	-13.6	~ -10.6 dBV	(-11.6 dBV)
1MHz	× 1	0.5MHz	0.1Vrms	-24.5	~ -21.5 dBV	(-22.5 dBV)
1MHz	× 1	0.5MHz	0.05Vrms	-30.5	~ -27.5 dBV	(-28.5 dBV)
1MHz	× 1	1.5MHz	1Vrms	-5.0	~ -1.0 dBV	(-3.3 dBV)
1MHz	× 1	1.5MHz	0.35Vrms	-14.1	~ -10.1 dBV	(-12.4 dBV)
1MHz	× 1	1.5MHz	0.1Vrms	-25.0	~ -21.0 dBV	(-23.3 dBV)
1MHz	× 1	1.5MHz	0.05Vrms	-31.0	~ -27.0 dBV	(-29.3 dBV)
3MHz	× 1	1.5MHz	1Vrms	-5.0	~ -1.0 dBV	(-3.0 dBV)
3MHz	× 1	4.5MHz	1Vrms	-5.0	~ -1.0 dBV	(-2.8 dBV)
20MHz	× 1	10MHz	1Vrms	-5.0	~ -1.0 dBV	(-2.6 dBV)
20MHz	× 1	10MHz	0.1Vrms	-25.0	~ -21.0 dBV	(-22.6 dBV)
20MHz	× 10	10MHz	0.1Vrms	-25.0	~ -21.0 dBV	(-22.8 dBV)
20MHz	× 10	10MHz	0.01Vrms	-45.0	~ -41.0 dBV	(-42.7 dBV)
20MHz	× 1	30MHz	1Vrms	-5.0	~ -1.0 dBV	(-2.4 dBV)
20MHz	× 1	30MHz	0.1Vrms	-25.0	~ -21.0 dBV	(-22.6 dBV)
20MHz	× 10	30MHz	0.1Vrms	-25.0	~ -21.0 dBV	(-23.1 dBV)
20MHz	× 10	30MHz	0.01Vrms	-45.0	~ -41.0 dBV	(-43.0 dBV)

波形モニタ検査 <Waveform monitoring Inspection>		入力 <Input>		許容範囲 <Tolerance>		出力値 <Output>
周波数レンジ <Frequency>	測定レンジ <Measuring range>	周波数 <Frequency>	振幅 <Amplitude>	出力基底値 <Fiducial value>		
1kHz	× 1	500Hz	1Vrms	—	-9dBV以上	(-6.4 dBV)
70kHz	× 1	70kHz	1Vrms	-6.0dBV	-6.6 ~ -5.5dBV	(-6.1 dBV)
20MHz	× 1	30MHz	1Vrms	—	-9dBV以上	(-7.1 dBV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()

No.3144-3