

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> (クランプオンパワーハイテスタ<CLAMP ON POWER HiTESTER>)
形名<Model Number> (3168)
製造番号<Serial No.> (No. 030624661)
検査年月日<Test Date> (2007-03-15)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (21.7 °C, 35 %rh)
検査周波数<Test Frequency> (50 Hz)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	入力 ＜Input＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	表示値 ＜Indicated value＞	
確度 ＜Accuracy＞	200V	240V	238.88V ～ 241.12V	V1 (240.14 V)	V2 (240.12 V)
		200V	199.00V ～ 201.00V	(200.12 V)	(200.10 V)
		100V	99.30V ～ 100.70V	(100.02 V)	(100.02 V)
		90V	89.33V ～ 90.67V	(90.01 V)	(90.01 V)
	500A	500A(500mA)	497.50A ～ 502.50A	A1 (500.13 A)	A2 (500.17 A)
		100A	99.50A ～ 100.50A	(100.02 A)	(100.03 A)
		50A	54.735A ～ 55.265A	(55.021 A)	(55.020 A)
		50A(50mA)	49.750A ～ 50.250A	(50.009 A)	(50.017 A)
		25A(25mA)	24.825A ～ 25.175A	(25.004 A)	(25.006 A)
		2.5A(2.5mA)	2.393A ～ 2.607A	(2.503 A)	(2.507 A)
		0.5A(0.5mA)	0.399A ～ 0.601A	(0.511 A)	(0.534 A)
		10A	9.950A ～ 10.050A	(10.003 A)	(10.003 A)
		5A	4.9750A ～ 5.0250A	(5.0047 A)	(5.0033 A)
		総合判定＜Overall Result＞			検査者＜Inspected by＞
(PASS)			()		
			承認者＜Approved by＞		
			()		

No.3168-3

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

製造番号<Serial No.> (No. 030624661) 2/2
検査年月日<Test Date> (2007-03-15)
<YYYY-MM-DD>

項目 <Item>	力率 <Power factor>	レンジ <Range>		入力 <Input>			許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
		電圧 <V>	電流 <A>	電圧 Voltage	電流 Current	有効電力 Watt		
確度 <Accuracy>	cos ϕ =1	200V	50A	200V	55A (55mA)	11.000kW	10.947kW ~ 11.053kW	CH1 (11.011 kW) CH2 (11.009 kW)
				200V	50A (50mA)	10.000kW	9.950kW ~ 10.050kW	CH1 (10.008 kW) CH2 (10.008 kW)
				200V	25A (25mA)	5.000kW	4.965kW ~ 5.035kW	CH1 (5.004 kW) CH2 (5.004 kW)
				200V	2.5A (2.5mA)	0.500kW	0.479kW ~ 0.521kW	CH1 (0.500 kW) CH2 (0.500 kW)
				200V	0.5A (0.5mA)	0.100kW	0.080kW ~ 0.120kW	CH1 (0.100 kW) CH2 (0.100 kW)

備考<Note>

- * 電流・電力検査の電流入力値は、9291,9298クランプオンセンサの検査電流と比例した電流入力で検査しています。
(500Aレンジ…500mA)
<The current inputs for the above testing were propotional to those current inputs that were applied
in testing Model 9291,9298 clamp on sensor.>
(eg.500mA for 500A range)

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>