

SAMPLE

フールドレコーダ EPR-1FA
検査成績表

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

機器番号
試験年月日
温度湿度

2007 年 5 月 7 日
24.8 °C 37.0 %rh

承認者	検査者

1. 外観検査

規格：動作等支障の無きこと

判定 Ok

2. 絶縁試験

入力端子－接地端子間DC100V

規格：100MΩ以上

6,000 MΩ 判定 Ok

3. 指示試験

規格：フルスパンの±1%

3.1 直線性指示 (レンジ25mVで零位置は左端とする)

入 力 (mV)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
指示誤差 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

判定 Ok

3.2 フルスパン値 mVレンジ (左端ゼロにおいてレンジの2倍入力)

レ ン ジ (mV)	1	5	10	25	50	100	250	500
指示誤差 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0

Vレンジ (試験は、零位置を左端としフルスパン測定値を読みとる)

レ ン ジ (V)	1	2.5	5	10	25	50	100
指示誤差 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2

判定 Ok

4. 記録紙送り速度試験

規格：180mm±2%

180mm/minレンジにて1分間の実測

179.5 mm/Min 判定 Ok