

SAMPLE

高感度記録計 E P R - 1 0 B

**HIOKI**  
HIOKI E. E. CORPORATION

検査成績表

製造番号 080299711  
 検査年月日 2008年 2月28日  
 温度・湿度 24 ℃, 40 %rh

検査者	承認者

1. 外観検査

規格：カタログ仕様による

判定 PASS

2. 絶縁検査

電源入力 - 接地端子間 DC500V  
 規格：100MΩ以上

判定 PASS

3. 機構・動作検査

規格：カタログ仕様による

判定 PASS

4. 指示検査

規格：有効記録幅の±0.5%

4.1 直線性指示

(レンジ5mVで零位置は左端とする)

入力	1mV	2mV	3mV	4mV	5mV	6mV	7mV	8mV	9mV	10mV
指示誤差 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4.2 フルスパン値

(検査は、零位置を左端としフルスパン測定値を読みとる)

レンジ	5mV	10mV	50mV	0.25V	1V
指示誤差 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5. 記録紙送り速度検査

規格：120mm±1% (60mm/minレンジにて2分間の実測)

判定 PASS