

SAMPLE 検査成績表 <INSPECTION DATA SHEET>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (パルスロガー<PULSE LOGGER>)
 形名<Model Number> (LR5061)
 製造番号<Serial No.> (No. 110712345)
 検査年月日<Inspection Date> (2011-07-01)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Inspection Condition> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
--------------	---------------	---------------------	--------------------------

パルス測定確度<Pulse Measurement Accuracy>

-1.機械式接点入力 (Filter:ON) 25Hz(0-2V矩形波) 24 Hz ~ 26 Hz (25 Hz)
 <Mechanical point of contact input> <Wave:0-2V Square>
 * 100Hz(0-2V矩形波) 0 Hz ~ 1 Hz (0 Hz)
 <Wave:0-2V Square>
 -2.電子式接点入力 (Filter:OFF) 1kHz(0-2V矩形波) 999 Hz ~ 1001 Hz (1000 Hz)
 <Electronic type point of contact input> <Wave:0-2V Square>

備考<Note>

測定条件:記録間隔1秒

<Measurement conditions : Record interval 1 second>

*フィルタ機能が働いているか確認する為、100Hz入力して1digit以下である事を確認しています。

<This is for check to see that the Filter is functioning properly. When 100Hz is input, if the indicated value is not greater than 1 digit, Filter is functioning properly.>

総合判定<Judgment>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.LR5061-1