

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (デジタルクランプオンハイテスタ <DIGITAL CLAMP ON HiTESTER>)
形名<Model Number> (3262)
製造番号<Serial No.> (No. 161202123)
検査年月日<Test Date> (2016-12-02)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (25.0 °C, 55 %rh)
検査周波数<Test Frequency> (55 Hz)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	モード <Mode>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度 <Accuracy>						
	AC A	NORMAL	1000 A	900 A	886 A ~ 914 A	(900 A)
			100 A	90 A	88.6 A ~ 91.4 A	(90.0 A)
			10 A	9 A	8.86 A ~ 9.14 A	(9.00 A)
	AC V	NORMAL	1000 V	900 V	888 V ~ 912 V	(900 V)
			100 V	90 V	88.8 V ~ 91.2 V	(90.0 V)
	AVERAGE	NORMAL	100 V	90 V	88.8 V ~ 91.2 V	(90.0 V)
			1000 V	90 V	87 V ~ 93 V	(90 V)
			1000 V	90 V	87 V ~ 93 V	(90 V)
	OHM	Ω	10 kΩ	9 kΩ	8.88 kΩ ~ 9.12 kΩ	(9.00 kΩ)
			1 kΩ	850 Ω	839 Ω ~ 861 Ω	(850 Ω)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	モード <Mode>	レンジ <Range>	入力<Input> 電圧 <Voltage>	周波数 <Frequency>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
周波数 <Frequency>							
	AC V	Hz	100 Hz	10 V	55 Hz	54.8 Hz ~ 55.2 Hz	(55.0 Hz)

備考<Note>
FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()