

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンAC/DCハイテスタ<CLAMP ON AC/DC HiTESTER>)
形名<Model Number> (3265)
製造番号<Serial No.> (No. 161202123)
検査年月日<Test Date> (2016-12-02)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (25.0 °C, 55 %rh)
検査周波数<Test Frequency> (55Hz)

項目 ＜Item＞	ファンクション ＜Function＞	モード ＜Mode＞	レンジ ＜Range＞	入力 ＜Input＞	許容範囲 ＜Tolerance＞			表示値 ＜Indicated Value＞		
確度 ＜Accuracy＞	DC A	NORMAL	1000 A	+ 900 A	+ 886 A	～	+ 914 A	(	900	) A)
			100 A	+ 90 A	+ 88.6 A	～	+ 91.4 A	(	90.0	) A)
	AC A	NORMAL	1000 A	900 A	886 A	～	914 A	(	900	) A)
			100 A	90 A	88.6 A	～	91.4 A	(	90.0	) A)
	DC V	NORMAL	1000 V	+ 900 V	+ 888 V	～	+ 912 V	(	900	) V)
			100 V	+ 90 V	+ 88.8 V	～	+ 91.2 V	(	90.0	) V)
		AVERAGE	100 V	+ 90 V	+ 88.8 V	～	+ 91.2 V	(	90.0	) V)
			PEAK	1000 V	+ 90 V	+ 87 V	～	+ 93 V	(	90
		VALLEY	1000 V	+ 90 V	+ 87 V	～	+ 93 V	(	90	) V)
			VALLEY	1000 V	+ 90 V	+ 87 V	～	+ 93 V	(	90
	AC V	NORMAL	750 V	750 V	740 V	～	760 V	(	750	) V)
			100 V	90 V	88.8 V	～	91.2 V	(	90.0	) V)
		AVERAGE	100 V	90 V	88.8 V	～	91.2 V	(	90.0	) V)
			PEAK	750 V	90 V	87 V	～	93 V	(	90
		VALLEY	750 V	90 V	87 V	～	93 V	(	90	) V)
			VALLEY	750 V	90 V	87 V	～	93 V	(	90

項目 <Item>	ファンクション <Function>	モード <Mode>	レンジ <Range>	入力<Input> 電圧 <Voltage>	周波数 <Frequency>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
周波数 <Frequency>	AC V	Hz	100 Hz	10 V	55 Hz	54.8 Hz ~ 55.2 Hz	(55.0 Hz)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	モード <Mode>	レンジ <Range>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
出力 <Output>	DC A	NORMAL	1000 A	+ 900 A	+ 900.0mV	+ 885.3mV ~ + 914.7mV	(900.0 mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()