

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (タコハイテスタ <TACHO HiTESTER>)
形名<Model Number> (3403)
製造番号<Serial No.> (No. 110801234)
検査年月日<Test Date> (2011-08-09)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 55 %rh)

項目 <Item>	切替スイッチ <Select Switch>	試験点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確 度 <Accuracy>	r/min	10000	r/min 9998 r/min ~ 10002 r/min	(10000 r/min)
	r/min	3410	r/min 3409 r/min ~ 3411 r/min	(3410 r/min)
	r/s	166.66	r/s 166.64 r/s ~ 166.68 r/s	(166.66 r/s)

No.	項目<Item>	機能<Function>	結果<Result>
1.	接触アダプタ検出<Contact adapter detection>		(PASS)
2.	ホールド<HOLD>		(PASS)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3403-5