

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (タコハイテスタ <TACHO HiTESTER>)
形名<Model Number> (3404)
製造番号<Serial No.> (No. 110801234)
検査年月日<Test Date> (2011-08-09)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 55 %rh)
サンプリング速度<Sampling Speed> (SLOW)

項目 <Item>	切替スイッチ <Select Switch>	試験点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確 度 <Accuracy>	r/min	10000 r/min	9998 r/min ~ 10002 r/min	(10000 r/min)
	r/min	3410 r/min	3409 r/min ~ 3411 r/min	(3410 r/min)
	r/s	166.66 r/s	166.64 r/s ~ 166.68 r/s	(166.66 r/s)

項目 <Item>	切替え スイッチ <Select Switch>	レンジ <Range>	試験点 <Test Point>	出力 基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
--------------	-----------------------------------	----------------	---------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------

アナログ出力

<Analog output>	r/min × 0.1	10000 r/min	1000 mV	989 mV ~ 1011 mV	(1000 mV)
	r/min × 0.1	3410 r/min	341 mV	337 mV ~ 345 mV	(341 mV)
	r/s × 1	166.66 r/s	166 mV	164 mV ~ 168 mV	(166 mV)

機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
1.	接触アダプタ検出<Contact adapter detection>	(PASS)
2.	最大値<MAX>	(PASS)
3.	最小値<MIN>	(PASS)
4.	トータル<TOTAL>	(PASS)
5.	ピリオド<PERIOD>	(PASS)
6.	ホールド<HOLD>	(PASS)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3404-5