

SAMPLE 検 査 成 績 表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温度ハイテスタ<TEMPERATURE HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3412)
 製造番号<Serial No.> (No. 110712345)
 検査年月日<Test Date> (2011-12-31)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	標準器指示値 <Standard>	許容範囲 <Tolerance>	計器指示値 <Indicated Value>
確度<Accuracy>			
-50 °C	-53 °C ~	-47 °C (	-50 °C)
0 °C	-3 °C ~	3 °C (	3 °C)
50 °C	47 °C ~	53 °C (	53 °C)
100 °C	97 °C ~	103 °C (	103 °C)
200 °C	197 °C ~	203 °C (	203 °C)
300 °C	297 °C ~	303 °C (	303 °C)
400 °C	397 °C ~	403 °C (	403 °C)
500 °C	497 °C ~	503 °C (	503 °C)
600 °C	597 °C ~	603 °C (	603 °C)
700 °C	697 °C ~	703 °C (	703 °C)
800 °C	797 °C ~	803 °C (	803 °C)
900 °C	897 °C ~	903 °C (	903 °C)
990 °C	987 °C ~	993 °C (	993 °C)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()