

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (温度ハイテスタ<TEMPERATURE HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3412-50)
 製造番号<Serial No.> (No. 110712345)
 検査年月日<Test Date> (2011-11-23)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	標準器指示値 <Standard>	許容範囲 <Tolerance>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
確度<Accuracy>					
-50 °C	-50 °C	-53 °C ~ -47 °C	(-50 °C)	-52.5 mV ~ -47.5 mV	(-50.0 mV)
0 °C	0 °C	-3 °C ~ 3 °C	(0 °C)	-2.5 mV ~ 2.5 mV	(2.5 mV)
50 °C	50 °C	47 °C ~ 53 °C	(53 °C)	47.5 mV ~ 52.5 mV	(52.0 mV)
100 °C	100 °C	97 °C ~ 103 °C	(103 °C)	97.5 mV ~ 102.5 mV	(102.5 mV)
200 °C	200 °C	197 °C ~ 203 °C	(200 °C)	197.5 mV ~ 202.5 mV	(202.5 mV)
300 °C	300 °C	297 °C ~ 303 °C	(303 °C)	297.5 mV ~ 302.5 mV	(302.5 mV)
400 °C	400 °C	397 °C ~ 403 °C	(403 °C)	397.5 mV ~ 402.5 mV	(402.5 mV)
500 °C	500 °C	497 °C ~ 503 °C	(503 °C)	497.5 mV ~ 502.5 mV	(502.5 mV)
600 °C	600 °C	597 °C ~ 603 °C	(603 °C)	597.5 mV ~ 602.5 mV	(602.5 mV)
700 °C	700 °C	697 °C ~ 703 °C	(703 °C)	697.5 mV ~ 702.5 mV	(702.5 mV)
800 °C	800 °C	797 °C ~ 803 °C	(803 °C)	797.5 mV ~ 802.5 mV	(802.5 mV)
900 °C	900 °C	897 °C ~ 903 °C	(903 °C)	897.5 mV ~ 902.5 mV	(902.5 mV)
990 °C	990 °C	987 °C ~ 993 °C	(993 °C)	987.5 mV ~ 992.5 mV	(992.5 mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()