

SAMPLE

検査成績表

＜TEST REPORT＞

1/1

品名＜Model Name＞ (メグオームハイテスタ＜MΩ HiTESTER＞)

形名＜Model Number＞ (3452-11)

製造番号＜Serial No.＞ (No.)

検査年月日＜Test Date＞ ()

＜YYYY-MM-DD＞

検査条件＜Test Conditions＞ (°C, %rh)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	計器指示値 ＜Indicated Value＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
確度 ＜Accuracy＞				
25V		0.005 MΩ	0.0045 MΩ ～ 0.0055 MΩ	(MΩ)
		0.01 MΩ	0.0095 MΩ ～ 0.0105 MΩ	(MΩ)
		0.2 MΩ	0.190 MΩ ～ 0.210 MΩ	(MΩ)
		5 MΩ	4.750 MΩ ～ 5.250 MΩ	(MΩ)
		10 MΩ	9.00 MΩ ～ 11.00 MΩ	(MΩ)
50V		0.005 MΩ	0.0045 MΩ ～ 0.0055 MΩ	(MΩ)
		0.01 MΩ	0.0095 MΩ ～ 0.0105 MΩ	(MΩ)
		0.2 MΩ	0.190 MΩ ～ 0.210 MΩ	(MΩ)
		5 MΩ	4.750 MΩ ～ 5.250 MΩ	(MΩ)
		10 MΩ	9.00 MΩ ～ 11.00 MΩ	(MΩ)
100V		0.01 MΩ	0.0090 MΩ ～ 0.0110 MΩ	(MΩ)
		0.02 MΩ	0.0190 MΩ ～ 0.0210 MΩ	(MΩ)
		0.5 MΩ	0.475 MΩ ～ 0.525 MΩ	(MΩ)
		10 MΩ	9.50 MΩ ～ 10.50 MΩ	(MΩ)
		20 MΩ	18.00 MΩ ～ 22.00 MΩ	(MΩ)
ACV (55Hz)		150 V	142.5 V ～ 157.5 V	(V)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	負荷抵抗 ＜Load Resistance＞	許容範囲 ＜Tolerance＞	標準器指示値 ＜Standard＞
定格測定電流 ＜Rated Measurement Current＞				
25V		0.025 MΩ	1000 μA ～ 1200 μA	(μA)
50V		0.05 MΩ	1000 μA ～ 1200 μA	(μA)
100V		0.1 MΩ	1000 μA ～ 1200 μA	(μA)
無負荷電圧 ＜No Load Voltage＞				
25V		—	25 V ～ 30 V	(V)
50V		—	50 V ～ 60 V	(V)
100V		—	100 V ～ 120 V	(V)

備考＜Note＞

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。＜FAIL decision points are highlighted in gray.＞

総合判定＜Overall Result＞	検査者＜Inspected By＞	承認者＜Approved By＞
()	()	()