

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温湿度ロガー <HUMIDITY LOGGER>)
形名<Model Number> (3625)
製造番号<Serial No.> (No. 030329379)
検査年月日<Test Date> (2007-08-23)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (25.5 °C, 55 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	標準器校正値 <Std. Cal. Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
温度 <Temperature>	93 Ω 校正値 (-18°C相当)	-17.9 °C	-18.1 °C ~ -17.7 °C	(-18.0 °C)
	108 Ω 校正値 (20°C相当)	20.4 °C	20.2 °C ~ 20.6 °C	(20.4 °C)
	129 Ω 校正値 (75°C相当)	74.9 °C	74.7 °C ~ 75.1 °C	(74.9 °C)
	<Corresponding to 75°C>			
湿度 <Humidity>	375.9mV (10%rh相当)		9.5 % ~ 10.5 %	(10.0 %)
	1211.3mV (50%rh相当)		49.5 % ~ 50.5 %	(50.0 %)
25°C換算 <Converting into 25°C>	1770.0mV (90%rh相当)		89.5 % ~ 90.5 %	(90.0 %)
	<Corresponding to 90%rh>			

備考<Note>

温度はセンサの代わりに抵抗を接続し検査しています

<Temperature inspection is performed using the resistor instead of the temperature sensor.>

湿度はセンサの代わりに電圧発生器を接続し検査しています

<Humidity inspection is performed using the voltage generator instead of the humidity sensor.>

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。

<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()