

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (電圧ロガー<VOLTAGE LOGGER>)
形名<Model Number> (3635-04)
製造番号<Serial No.> (No. 110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-01)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度 <Accuracy>	DCV	0.0 mV	-0.5 mV ~ 0.5 mV	(0.0 mV)
		400.0 mV	396.3 mV ~ 403.7 mV	(400.0 mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.363504-2