

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (高圧コンタクトチェッカ<HIGH VOLTAGE CONTACT CHECKER>)
 形名<Model Number> (3931)
 製造番号<Serial No.> (No. 1210812345)
 検査年月日<Test Date> (2011-12-09)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	標準器指示値 <Standard>
1. アナログ電圧計確度<Analog volt meter>			
AC 60Hz 600V	350 V	~ 850 V	(850 V)
1.0kV	0.750 kV	~ 1.250 kV	(1.200 kV)
3.0kV	2.750 kV	~ 3.250 kV	(3.000 kV)
4.8kV	4.550 kV	~ 5.050 kV	(5.000 kV)
2. 遮断電圧確度<Breaking voltage>			
AC 60Hz 600V	550 V	~ 650	(600 V)
800V	750 V	~ 850	(800 V)
1kV	0.950 kV	~ 1.050	(1.000 kV)
3kV	2.850 kV	~ 3.150	(3.000 kV)
4.8kV	4.560 kV	~ 5.040	(5.000 kV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3931-2