

# SAMPLE

## 検査成績表

### <TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> ( DCシグナルソース<DC SIGNAL SOURCE> )  
形名<Model Number> ( 7011 )  
製造番号<Serial No.> ( No. 060534952 )  
検査年月日<Test Date> ( 2006-05-31 )  
<YYYY-MM-DD>  
検査条件<Test Conditions> ( 24.7 °C, 47 %rh )

| 項目<Item>         | レンジ<Range>                    | 設定<Set Value> | 許容範囲<Tolerance>  | 出力値<Output> |
|------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 確度<br><Accuracy> | 標準抵抗<br><Standard Resistance> | 100 Ω         | 99.8 Ω ~ 100.2 Ω | ( 100.1 Ω ) |

| 項目<Item>         | レンジ<br><Range>               | 入力 (標準器校正値)<br><Input> (<Std. Cal. Value>)                | 許容範囲<Tolerance>                                                                                                | 表示値<Indicated Value>                                                        |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 確度<br><Accuracy> | 測定レンジ<br><Measurement Range> |                                                           |                                                                                                                |                                                                             |
|                  | V:25V                        | 24.000 V<br>1.000 V<br>0.000 V<br>-1.000 V<br>-24.000 V   | 23.991 V ~ 24.009 V<br>0.998 V ~ 1.002 V<br>-0.002 V ~ 0.002 V<br>-1.002 V ~ -0.998 V<br>-24.009 V ~ -23.991 V | ( 24.000 V )<br>( 1.000 V )<br>( 0.000 V )<br>( -1.000 V )<br>( -24.000 V ) |
|                  | V:2.5V                       | 2.4000 V<br>0.0000 V<br>-2.4000 V                         | 2.3991 V ~ 2.4009 V<br>-0.0002 V ~ 0.0002 V<br>-2.4009 V ~ -2.3991 V                                           | ( 2.3999 V )<br>( 0.0000 V )<br>( -2.4000 V )                               |
|                  | A:25mA                       | 24.000 mA<br>0.000 mA<br>-24.000 mA                       | 23.991 mA ~ 24.009 mA<br>-0.002 mA ~ 0.002 mA<br>-24.009 mA ~ -23.991 mA                                       | ( 23.995 mA )<br>( 0.000 mA )<br>( -23.997 mA )                             |
|                  | TEMP:°C                      | 50.0°C( 50.15 °C)<br>25.0°C( 25.00 °C)<br>0.0°C( 0.19 °C) | 49.2 °C) ~ ( 51.2 °C)<br>24.5 °C) ~ ( 25.5 °C)<br>-0.8 °C) ~ ( 1.2 °C)                                         | ( 50.3 °C )<br>( 25.5 °C )<br>( 0.4 °C )                                    |

総合判定&lt;Overall Result&gt;

( PASS )

検査者&lt;Inspected by&gt;

( )

承認者&lt;Approved by&gt;

( )

No.7011-6

# SAMPLE

## 検査成績表

### <TEST REPORT>

2/2

製造番号<Serial No.> ( No. 060534952 )  
検査年月日<Test Date> ( 2006-05-31 )  
<YYYY-MM-DD>

| 項目<Item>         | レンジ<Range>                                 | 設定<Set Value> | 許容範囲<Tolerance>         | 出力値<Output>    |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 確度<br><Accuracy> | 熱起電力<br><Thermo Elictric Power><br>TC(0°C) |               |                         |                |
|                  | R                                          | 0.0 °C        | -8.0 uV ~ 8.0 uV        | ( -1.2 uV )    |
|                  | E                                          | 835.0 °C      | 63686.4 uV ~ 63829.6 uV | ( 63758.9 uV ) |

| 項目<Item> | レンジ<Range>              | 設定<Set Value> | 許容範囲<Tolerance>           | 出力値<Output>     |
|----------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
|          | 出力レンジ<br><Output Range> |               |                           |                 |
|          | CV:25V                  | 25.000 V      | 24.9895 V ~ 25.0105 V     | ( 25.0000 V )   |
|          |                         | 1.000 V       | 0.9967 V ~ 1.0033 V       | ( 0.9999 V )    |
|          |                         | 0.000 V       | -0.0030 V ~ 0.0030 V      | ( -0.0020 V )   |
|          |                         | -1.000 V      | -1.0033 V ~ -0.9967 V     | ( -1.0021 V )   |
|          |                         | -25.000 V     | -25.0105 V ~ -24.9895 V   | ( -25.0002 V )  |
|          | CV:2.5V                 | 2.5000 V      | 2.49895 V ~ 2.50105 V     | ( 2.49985 V )   |
|          |                         | 0.0000 V      | -0.00030 V ~ 0.00030 V    | ( -0.00009 V )  |
|          |                         | -2.5000 V     | -2.50105 V ~ -2.49895 V   | ( -2.50010 V )  |
|          | CC:25mA                 | 25.000 mA     | 24.9895 mA ~ 25.0105 mA   | ( 24.9984 mA )  |
|          |                         | 0.000 mA      | -0.0030 mA ~ 0.0030 mA    | ( -0.0010 mA )  |
|          |                         | -25.000 mA    | -25.0105 mA ~ -24.9895 mA | ( -24.9979 mA ) |

| No. | 項目<Item>                | 結果<Result> |
|-----|-------------------------|------------|
| 1.  | ROMチェック <ROM check>     | ( PASS )   |
| 2.  | EEPROM <EEPROM check>   | ( PASS )   |
| 3.  | RAMチェック <RAM check>     | ( PASS )   |
| 4.  | LCDチェック <LCD check>     | ( PASS )   |
| 5.  | スイッチ操作 <Switch control> | ( PASS )   |

#### 備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。  
<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>