

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> (メモリハイロガー<MEMORY HiLOGGER>)
形名<Model Number> (8420)
製造番号<Serial No.> (No. 030233571)
検査年月日<Test Date> (2012-05-30)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (25.0 °C, 46 %rh)

No.	項目 <Item>	結果 <Result>
1.	プリンタ <Printer>	
-1.	ヘッドアップ <Head up>	(PASS)
-2.	ペーパーエンド <Paper end>	(PASS)
2.	バックライトチェック <Back light check>	(PASS)
3.	断線検出 <Burn out>	(PASS)
4.	セルフチェック <Self check>	
-1.	ROM, RAMチェック <ROM, RAM check>	(PASS)
-2.	プリンタチェック <Printer check>	(PASS)
-3.	キー、LEDチェック <Keyboard check, LED check>	(PASS)
-4.	LCDチェック <LCD check>	(PASS)
5.	機能 <Function>	
-1.	データストレージ、圧縮機能 <Data storage, Compression>	(PASS)
-2.	TRIG OUT <TRIG OUT>	(PASS)
-3.	EXT TRIG <EXT TRIG>	(PASS)
-4.	時間軸精度 <Time base>	(PASS)
-5.	時計 <Clock>	(PASS)
-6.	PCカード <PC card>	(PASS)
6.	充電動作 <Battery charge>	(PASS)
7.	パルス入力 <Pulse>	(PASS)
8.	LAN動作 <LAN>	(PASS)
9.	スキャン動作チェック <Scan Operation Check>	(PASS)

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()

No.8420-5

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

製造番号<Serial No.>

(No. 030233571)

2/2

検査年月日<Test Date>

(2012-05-30)

<YYYY-MM-DD>

項目 <Item>	レンジ <Range>	試験点 (標準器校正値) <Test point>(<Std. Cal. Value>)	** 許容範囲 <Tolerance>	* 測定結果 <Measured Value>
--------------	----------------	---	------------------------	----------------------------

測定確度 電圧<Volt>

100mVf.s.	100mV	99.900 mV	100.100 mV (	99.980 mV)
1Vf.s.	1 V	0.99900 V	1.00100 V (	1.00010 V)
10Vf.s.	10 V	9.9900 V	10.0100 V (	10.0005 V)
100Vf.s.	50 V	49.900 V	50.100 V (	50.025 V)

測定確度 熱電対 (基準接点補償なし) <TC>

100°Cf.s.(K)	90°C	88.95 °C	91.05 °C (	90.10 °C)
500°Cf.s.(K)	450°C	448.8 °C	451.2 °C (	449.9 °C)
500°Cf.s.(B)	450°C	447.8 °C	452.2 °C (	450.9 °C)
2000°Cf.s.(K)	1200°C	1198.0 °C	1202.0 °C (	1199.5 °C)
2000°Cf.s.(B)	1700°C	1697.0 °C	1703.0 °C (	1700.0 °C)

測定確度 熱電対 (基準接点補償あり) <TC・RJC>

100°Cf.s.(K)	0°C (0.2 °C) (	-1.85 °C) ~ (	2.25 °C) (	0.66 °C)
100°Cf.s.(K)	90°C (90.1 °C) (	88.05 °C) ~ (	92.15 °C) (	90.63 °C)

測定確度 測温抵抗体 Pt100<RTD>

100°Cf.s.(3線)	90°C	89.45 °C	90.55 °C (	90.03 °C)
500°Cf.s.(3線)	450°C	449.3 °C	450.7 °C (	450.1 °C)
2000°Cf.s.(3線)	720°C	718.5 °C	721.5 °C (	719.5 °C)
100°Cf.s.(4線)	90°C	89.45 °C	90.55 °C (	90.01 °C)
500°Cf.s.(4線)	450°C	449.3 °C	450.7 °C (	450.0 °C)
2000°Cf.s.(4線)	720°C	718.5 °C	721.5 °C (	720.0 °C)

備考<Note>

* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

** 標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

No.8420-5