

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/2

品名 <Model Name> (CBタイミングモニタ <CB TIMING MONITOR>)
 形名 <Model Number> (8713)
 製造番号 <Serial No.> (No. 110801234)
 検査年月日 <Test Date> (2011-08-05)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件 <Test Conditions> (25.5 °C, 55 %rh)
 電源周波数 <Supply Frequency> (60 Hz)

機能 <Function>

No.	項目 <Item>	結果 <Result>
1.	プリンタ <PRINTER>	
-1.	ヘッドアップ <Head Up>	(PASS)
-2.	ペーパーエンド <Paper End>	(PASS)
-3.	記録紙直進性 <Paper Feed Precision>	(PASS)
-4.	マス目角 <Printing Codition>	(PASS)
2.	セルフチェック <Self Check>	
-1.	ROM, RAMチェック <ROM, RAM Check>	(PASS)
-2.	プリンタチェック <Printer Check>	(PASS)
-3.	キー、LEDチェック <Keyboard Check, LED Check>	(PASS)
-4.	LCDチェック <LCD Check>	(PASS)
3.	バックライトチェック <Back Light Check>	(PASS)
4.	インターフェースチェック <Interface>	
-1.	TRIG OUT <TRIG OUT>	(PASS)
-2.	EXT TRIG <EXT TRIG>	(PASS)

備考 <Note>

総合判定 <Overall Result>	検査者 <Inspected By>	承認者 <Approved By>
(PASS)	()	()

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

2/2

製造番号 <Serial No.> (No. 110801234)
検査年月日 <Test Date> (2011-08-05)
<YYYY-MM-DD>

機能
<Function>

No.	項目 <Item>	結果 <Result>
5.	A/Dコンバータ <A/D Converter>	(PASS)
6.	ストレージメモリ <Storage Memory>	(PASS)
7.	時間軸 <Time Base>	(PASS)
8.	ロジックデータ <Logic Data>	(PASS)
9.	レベルトリガ <Level Trigger>	(PASS)
10.	時計 <Clock>	(PASS)
11.	充電 <Charge>	(PASS)
12.	メモリバックアップ <Memory Back Up>	(PASS)
13.	アンプ確度 <Accuracy>	
-1.	2mA/DIV	(PASS)
-2.	5mA/DIV	(PASS)
-3.	10mA/DIV	(PASS)
-4.	20mA/DIV	(PASS)
-5.	200mA/DIV	(PASS)