

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (F/Vユニット<F/V UNIT>)
形名<Model Number> (8955)
製造番号<Serial No.> (No. 050435363)
検査年月日<Test Date> (2011-05-30)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (25.1 °C, 43%rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	モード <Mode>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
周波数測定精度<Frequency Measurement Accuracy>					
500 Hz/DIV	周波数	5 kHz	4.990 kHz ~	5.010 kHz	(4.998 kHz)
500 Hz/DIV	<FREQ>	10 kHz	9.990 kHz ~	10.010 kHz	(10.005 kHz)
0.1 Hz/DIV		1 Hz	0.998 Hz ~	1.002 Hz	(0.999 Hz)
60 Hz	商用電源 <P-FREQ>	60 Hz	59.968 Hz ~	60.032 Hz	(59.985 Hz)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.8955-3