

SAMPLE 検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (クランプオンAC センサ〈CLAMP ON AC SENSOR〉)
 形名〈Model Number〉 (9275)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 110812345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011 - 08 - 08)
 〈YYYY-MM-DD〉
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0 °C, 50 %rh)
 検査周波数〈Test Frequency〉 (50Hz)

項 目 〈Item〉	検査点 〈Test Point〉	出力基底値 〈Fiducial Value〉	許容範囲 〈Tolerance〉	出力値 〈Output〉
確 度 〈Accuracy〉	AC 150.0 A	AC 1.5000 V	1.4918 V ~ 1.5082 V	(1.5000 V)
	100.0 A	1.0000 V	0.9943 V ~ 1.0057 V	(1.0000 V)
	50.00 A	0.5000 V	0.4968 V ~ 0.5032 V	(0.5000 V)
	20.00 A	0.2000 V	0.1983 V ~ 0.2017 V	(0.2000 V)
	10.00 A	100.0 mV	98.8 mV ~ 101.2 mV	(100.0 mV)
	5.00 A	50.0 mV	49.0 mV ~ 51.0 mV	(50.0 mV)
	2.00 A	20.0 mV	19.2 mV ~ 20.8 mV	(20.0 mV)
	1.00 A	10.0 mV	9.2 mV ~ 10.8 mV	(10.0 mV)

備考〈Note〉

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()