

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (ユニバーサルクランプオンCT)
<UNIVERSAL CLAMP ON CT>
形名<Model Number> (9277)
製造番号<Serial No.> (No. 181212345)
検査年月日<Test Date> (2018-12-13)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 * <Calibration Value>
1. 振幅確度<Amplitude Accuracy>				
AC 20 A	50Hz	AC 2 V	1.9890 V ~ 2.0110 V	(2.0000 V)
AC 2 A	50Hz	AC 0.2 V	0.1980 V ~ 0.2020 V	(0.2000 V)
AC 0.2 A	50Hz	AC 0.02 V	0.0189 V ~ 0.0211 V	(0.0200 V)
DC 20 A		DC 2 V	1.9890 V ~ 2.0110 V	(2.0000 V)
DC 0 A		DC 0 V	-0.0010 V ~ 0.0010 V	(0.0000 V)
DC -20 A		DC -2 V	-2.0110 V ~ -1.9890 V	(-2.0000 V)

項目 <Item>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 * <Calibration Value>
2. 位相確度<Phase Accuracy>			
AC 10A	50Hz	-0.20 ° ~ +0.20 °	(+0.00 °)

備考<Note>

- 9277の電源およびモニタアウトには、9555-10センサユニットを用いています。
<Model 9277 is connected to model 9555-10 SENSOR UNIT for power supply and monitor out.>
 - 位相確度は、入出力間位相差を検査しています。
<Phase accuracy shows phase difference between input and output.>
- * FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

No. 9277-4