

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (クランプオンセンサ)
<CLAMP ON SENSOR>
形名<Model Number> (9291)
製造番号<Serial No.> (No. 191112345)
検査年月日<Test Date> (2019-11-01)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.1 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
1. 振幅確度 <Amplitude Accuracy>					
ACA	450 A	50Hz AC	450 mA	446.8 mA ~ 453.2 mA	(450.3 mA)
	200 A	50Hz AC	200 mA	198.6 mA ~ 201.4 mA	(200.1 mA)
	100 A	50Hz AC	100 mA	99.30 mA ~ 100.70 mA	(100.04 mA)
	50 A	50Hz AC	50 mA	49.65 mA ~ 50.35 mA	(50.02 mA)
	20 A	50Hz AC	20 mA	19.86 mA ~ 20.14 mA	(20.01 mA)
	10 A	50Hz AC	10 mA	9.930 mA ~ 10.070 mA	(10.004 mA)
	5 A	50Hz AC	5 mA	4.965 mA ~ 5.035 mA	(5.002 mA)

項目 <Item>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
2. 位相確度 <Phase Accuracy>			
AC 200A	50Hz	-0.50 ° ~ 0.50 °	(0.01 °)

備考<Note>

1. 位相確度は、入出力間位相差を位相差計によって検査しています。

<Phase accuracy shows phase difference between input and output tested by phase meter.>

2. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	(No. 9291-10)