

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名 <Model Name> (ネットワークA <NETWORK A>)
形名 <Model Number> (9496)
製造番号 <Serial No.> (No. 110801234)
検査年月日 <Test Date> (2011-08-08)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件 <Test Conditions> (25.5 °C, 55 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	周波数 <Freq.>	フィルタ設定 <Filter>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output Value>
確度(フィルタ特性)					
<Accuracy>	1 mA	DC	OFF	0.999 V ~ 1.001 V	(1.001 V)
	1 V	10 kHz	OFF	0.9986 V ~ 1.0014 V	(1.0014 V)
	1 V	50 Hz	ON	0.9843 V ~ 0.9940 V	(0.9940 V) *
	1 V	100 Hz	ON	0.9822 V ~ 0.9920 V	(0.9920 V) *
	1 V	1 kHz	ON	0.7871 V ~ 0.8014 V	(0.8014 V) *
	1 V	10 kHz	ON	0.1395 V ~ 0.1448 V	(0.1448 V) *
	10 V	100 kHz	ON	0.5021 V ~ 0.6321 V	(0.6321 V)
	10 V	1 MHz	ON	0.4880 V ~ 0.6143 V	(0.6143 V)

備考 <Note>

ヒューズ両端を短絡 <Fuse terminals shorted>

- * 入力抵抗 $1\text{M}\Omega \pm 2\%$ (100pFと並列接続) のマルチメータでの測定値
<Measured with Multimeter with input resistance of $1\text{M}\Omega \pm 2\%$
(with 100pF capacitor connected in parallel)>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result>	検査者 <Inspected By>	承認者 <Approved By>
(PASS)	()	()