

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名 <Model Name> (ネットワークB <NETWORK B>)
 形名 <Model Number> (9497)
 製造番号 <Serial No.> (No. 110801234)
 検査年月日 <Test Date> (2011-08-08)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件 <Test Conditions> (25.5 °C, 55 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	周波数 <Freq.>	フィルタ設定 <Filter>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output Value>
確度(フィルタ特性)					
<Accuracy>	1 mA	DC	OFF	0.999 V ~ 1.001 V	(1.001 V)
	1 V	10 kHz	OFF	0.9986 V ~ 1.0014 V	(1.0014 V)
	1 V	50 Hz	ON	0.9840 V ~ 0.9940 V	(0.9940 V) *
	1 V	100 Hz	ON	0.9806 V ~ 0.9910 V	(0.9910 V) *
	1 V	1 kHz	ON	0.7132 V ~ 0.7278 V	(0.7278 V) *
	1 V	10 kHz	ON	103.6 mV ~ 106.0 mV	(106.0 mV) *
	10 V	100 kHz	ON	95.79 mV ~ 119.70 mV	(119.70 mV)
	20 V	1 MHz	ON	19.16 mV ~ 23.94 mV	(23.94 mV)

備考 <Note>

ヒューズ両端を短絡 <Fuse terminals shorted>

- * 入力抵抗 1MΩ±2% (100pFと並列接続) のマルチメータでの測定値
 <Measured with Multimeter with input resistance of 1MΩ±2%
 (with 100pF capacitor connected in parallel)>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result>	検査者 <Inspected By>	承認者 <Approved By>
(PASS)	()	()