

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> (AC直接入力ユニット<AC DIRECT INPUT UNIT>)
 形名<Model Number> (9601)
 製造番号<Serial No.> (No. 090608300)
 検査年月日<Test Date> (2016-07-20)
 (<YYYY-MM-DD>)
 試験条件<Test Conditions> (25.1 °C, 60 %rh)
 試験周波数<Test Frequency> (55 Hz)

項目 <Item>	レクティファイア <Rectifier>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>		表示値 <Indicated Value>
確度 <Accuracy>	V RMS	1kV	1000.0V	0.9980 kV	~ 1.0020 kV	(1.0001 kV)
		600V	600.00V	598.80 V	~ 601.20 V	(600.04 V)
		300V	300.00V	299.40 V	~ 300.60 V	(300.04 V)
		150V	150.00V	149.70 V	~ 150.30 V	(150.01 V)
		60V	60.000V	59.880 V	~ 60.120 V	(60.005 V)
			30.000V	29.910 V	~ 30.090 V	(29.985 V)
			3.000V	2.937 V	~ 3.063 V	(2.990 V)
			0.000V	0.000 V	~ 0.000 V	(0.000 V)
		V MEAN	150V	149.70 V	~ 150.30 V	(150.02 V)
		PEAK	60V	84.85V	83.84 V ~ 85.86 V	(84.87 V)
<PEAK>	A RMS	50A	50.000A *	49.900 A	~ 50.100 A	(50.001 A)
		20A	20.000A *	19.960 A	~ 20.040 A	(20.003 A)
		10A	10.000A	9.980 A	~ 10.020 A	(10.002 A)
		5A	5.0000A	4.9900 A	~ 5.0100 A	(5.0017 A)
		2A	2.0000A	1.9960 A	~ 2.0040 A	(2.0002 A)
		1A	1.0000A	0.9980 A	~ 1.0020 A	(1.0001 A)
		0.5A	500.00mA	499.00 mA	~ 501.00 mA	(500.02 mA)
		0.2A	200.00mA	199.60 mA	~ 200.40 mA	(200.00 mA)
			100.00mA	99.70 mA	~ 100.30 mA	(99.94 mA)
			10.00mA	9.79 mA	~ 10.21 mA	(9.94 mA)
			0mA	0.00 mA	~ 0.00 mA	(0.00 mA)
		A MEAN	0.2A	200.00mA	199.60 mA ~ 200.40 mA	(200.00 mA)

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()

No.9601-4

検査成績表
〈TEST REPORT〉

2/2

製造番号〈Serial No.〉 (No. 090608300)
検査年月日〈Test Date〉 (2016-07-20)
〈YYYY-MM-DD〉

項目 〈Item〉	レクティ ファイア 〈Rectifier〉	レンジ 〈Range〉 電圧 電流 Voltage Current	入力 〈Input〉 電圧 電流 電力 Volt Curr Watt	許容範囲 〈Tolerance〉	表示値 〈Indicated Value〉
精度 〈Accuracy〉	RMS	150V 5A	150V 5A 750W	748.50 W ~ 751.50 W	(750.01 W)
			150V 2.5A 375W	373.88 W ~ 376.12 W	(375.27 W)
			150V 0.25A 37.5W	36.72 W ~ 38.28 W	(37.61 W)
			150V 0A 0W	0.00 W ~ 0.00 W	(0.00 W)

項目 〈Item〉	レクティ ファイア 〈Rectifier〉	レンジ 〈Range〉 電圧 周波数 Voltage Freq	入力 〈Input〉 電圧 周波数 Volt Frequency	許容範囲 〈Tolerance〉	表示値 〈Indicated Value〉
周波数 〈Frequency〉	V RMS	60V AUTO	30V 55.000Hz	54.944 Hz ~ 55.056 Hz	(55.000 Hz)
			30V 50.000kHz	49.949 kHz ~ 50.051 kHz	(50.000 kHz)

備考〈Note〉

*電流検査点20A, 50Aの試験周波数は50Hzで行っています。
〈The testing points of current 20A and 50A are tested applying a signal of frequency 50Hz.〉

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

No.9601-4