

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (計装モジュール<INSTRUMENTATION MODULE>)
形名<Model Number> (2305)
製造番号<Serial No.> (No. 110409151)
検査年月日<Test Date> (2011-05-11)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (24.0 °C, 56 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>		測定値 <Measured Value>	
精度<Accuracy>						
	50mV	0mV	-0.05 mV	～ 0.05 mV (	CH1 0.01 mV) (	CH2 0.01 mV)
		40mV	39.83 mV	～ 40.17 mV (	40.02 mV) (	40.02 mV)
	500mV	0mV	-0.5 mV	～ 0.5 mV (	0.0 mV) (	0.0 mV)
		400mV	398.3 mV	～ 401.7 mV (	400.0 mV) (	400.0 mV)
	5V	0V	-0.005 V	～ 0.005 V (	0.000 V) (	0.000 V)
		4V	3.983 V	～ 4.017 V (	4.000 V) (	4.000 V)
	50V	0V	-0.05 V	～ 0.05 V (	0.00 V) (	0.00 V)
		40V	39.83 V	～ 40.17 V (	39.99 V) (	39.99 V)
	DCI	0mA	-0.05 mA	～ 0.05 mA (	0.00 mA) (	0.00 mA)
		50mA	49.80 mA	～ 50.20 mA (	50.00 mA) (	50.00 mA)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()