

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (センサユニット)
<SENSOR UNIT>
形名<Model Number> (CT9555)
製造番号<Serial No.> (No. 161112345)
検査年月日<Test Date> (2016-10-01)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.1 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	出力 <Output>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
1. センサへの供給電源確認 <Check the power supply to the sensor> *1			
	12 V	11.50 V ~ 12.50 V	(12.00 V)
	-12 V	-12.50 V ~ -11.50 V	(-12.00 V)

備考<Note>

*1 許容範囲は社内規格です。<Tolerance is an internal standard.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()