

SAMPLE

LMC-531A レベル校正器
検 査 成 績 表

製 造 番 号

検査者	承認者

検 査 年 月 日 年 月 日 温 度 °C 湿 度 %rh

1. 外 観 構 成 及 び 構 造 検 査

判 定

2. 電 気 的 性 能

2.1 レベル測定確度

規格 ±0.2dB 5°C～35°C

		75Ω 不平衡 誤差 (dB)		
周波数 (Hz)		10k	100k	5M
入 力 レ ベ ル (dBm)	+17			
	+16	**		
	+15			
	+14	**		
	+13	**		
	+12	**		
	+11	**		
	+10			

		75Ω 平衡 誤差 (dB)			600Ω 平衡 誤差 (dB)		
周波数(Hz)		10k	100k	650k	200	100k	150k
入 力 レ ベ ル (dBm)	+17						
	+15						
	+10						