

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (抵抗計 <RESISTANCE METER>)
 形名<Model Number> (RM3548)
 製造番号<Serial No.> (No. 190981234)
 検査年月日<Test Date> (2019-09-19)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>		校正値* <Calibration Value>
精度<Accuracy>					
Ω OVC OFF					
3mΩ	0mΩ	0mΩ	-0.0060 mΩ	~	0.0060 mΩ (0.0000 mΩ)
	3mΩ	3mΩ	2.9910 mΩ	~	3.0090 mΩ (3.0000 mΩ)
30mΩ	0mΩ	0mΩ	-0.006 mΩ	~	0.006 mΩ (0.000 mΩ)
	30mΩ	30mΩ	29.964 mΩ	~	30.036 mΩ (29.982 mΩ)
300mΩ (300mA)	0mΩ	0mΩ	-0.03 mΩ	~	0.03 mΩ (0.00 mΩ)
	300mΩ	300mΩ	299.67 mΩ	~	300.33 mΩ (300.01 mΩ)
300mΩ (100mA)	0mΩ	0mΩ	-0.06 mΩ	~	0.06 mΩ (0.00 mΩ)
	300mΩ	300mΩ	299.88 mΩ	~	300.12 mΩ (300.01 mΩ)
3Ω	0Ω	0Ω	-0.0002 Ω	~	0.0002 Ω (0.0000 Ω)
	3Ω	3Ω	2.9992 Ω	~	3.0008 Ω (3.0000 Ω)
30Ω	0Ω	0Ω	-0.002 Ω	~	0.002 Ω (0.000 Ω)
	30Ω	30Ω	29.992 Ω	~	30.008 Ω (30.000 Ω)
300Ω	0Ω	0Ω	-0.02 Ω	~	0.02 Ω (0.00 Ω)
	300Ω	300Ω	299.92 Ω	~	300.08 Ω (300.00 Ω)
3kΩ	0kΩ	0kΩ	-0.0002 kΩ	~	0.0002 kΩ (0.0000 kΩ)
	1kΩ	1kΩ	0.9996 kΩ	~	1.0004 kΩ (1.0000 kΩ)
30kΩ	0kΩ	0kΩ	-0.002 kΩ	~	0.002 kΩ (0.000 kΩ)
	30kΩ	30kΩ	29.992 kΩ	~	30.008 kΩ (30.000 kΩ)
300kΩ	0kΩ	0kΩ	-0.02 kΩ	~	0.02 kΩ (0.00 kΩ)
	300kΩ	300kΩ	299.86 kΩ	~	300.14 kΩ (300.00 kΩ)
3MΩ	0MΩ	0MΩ	-0.0002 MΩ	~	0.0002 MΩ (0.0000 MΩ)
	3MΩ	3MΩ	2.9938 MΩ	~	3.0062 MΩ (3.0000 MΩ)
Ω OVC ON					
3mΩ	0mΩ	0mΩ	-0.0006 mΩ	~	0.0006 mΩ (0.0000 mΩ)
	3mΩ	3mΩ	2.9964 mΩ	~	3.0036 mΩ (3.0000 mΩ)
30mΩ	0mΩ	0mΩ	-0.003 mΩ	~	0.003 mΩ (0.000 mΩ)
	30mΩ	30mΩ	29.967 mΩ	~	30.033 mΩ (29.982 mΩ)
300mΩ (300mA)	0mΩ	0mΩ	-0.03 mΩ	~	0.03 mΩ (0.00 mΩ)
	300mΩ	300mΩ	299.67 mΩ	~	300.33 mΩ (300.01 mΩ)
300mΩ (100mA)	0mΩ	0mΩ	-0.03 mΩ	~	0.03 mΩ (0.00 mΩ)
	300mΩ	300mΩ	299.91 mΩ	~	300.09 mΩ (300.01 mΩ)
3Ω	0Ω	0Ω	-0.0002 Ω	~	0.0002 Ω (0.0000 Ω)
	3Ω	3Ω	2.9992 Ω	~	3.0008 Ω (3.0000 Ω)
30Ω	0Ω	0Ω	-0.002 Ω	~	0.002 Ω (0.000 Ω)
	30Ω	30Ω	29.992 Ω	~	30.008 Ω (30.000 Ω)
300Ω	0Ω	0Ω	-0.02 Ω	~	0.02 Ω (0.00 Ω)
	300Ω	300Ω	299.92 Ω	~	300.08 Ω (300.00 Ω)
TEMP	-9.5 °C	-9.5 °C	-9.7 °C	~	-9.3 °C (-9.5 °C)
	25.0 °C	25.0 °C	24.8 °C	~	25.2 °C (25.0 °C)
	99.5 °C	99.5 °C	99.3 °C	~	99.7 °C (99.5 °C)

備考<Note>

* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()